

#603-657



PAVIS S.p.A.

Legal Head Office:

Via G. Rossini, 11/B - 21020 Buguggiate (VA)

Tel. (+39) 0332 45 54 63

Fax (+39) 0332 45 97 48

www.pavis.it - info@pavis.it

pavispec@certimpres.it

R.N. / F.C. / VAT 01286640121

Management system standards certified according to ISO 9001, ISO 13485

 PAVIS S.p.A. - Déclare que les produits :

#603 - SUSPENSOIR

#657 - SLIP SPORT

basic UDI-DI 80287180000050MN

sont conformes au règlement (UE) 2017/745 concernant les DISPOSITIFS MÉDICAUX de classe 1



1 - MODE D'EMPLOI

- Comme soutien et protection pendant la pratique du sport

2 - CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES

- L'indication à l'usage du personnel médical spécialisé est requise
- Ne pas porter le slip en présence de hernies étranglées et/ou emprisonnées ou dans tous les cas avec un degré avancé d'inflammation ou irréductibles
- Veiller à exclure les organes génitaux de la zone de contenance. Comme il s'agit d'un produit NON INVASIF, composé principalement de matériaux non allergiques, aucun effet secondaire de quelque nature que ce soit n'a jamais été rapporté.

3 - MAINTENANCE ET STOCKAGE



Ce dispositif n'est pas biodégradable et même s'il se compose de matériau d'origine naturelle, NE PAS DISPERSER DANS L'ENVIRONNEMENT A LA FIN DE SON CYCLE DE VIE. ÉLIMINER AVEC LES DÉCHETS SOLIDES MUNICIPAUX NORMAUX.



#603-657



PAVIS S.p.A.

Legal Head Office:

Via G. Rossini, 11/B - 21020 Buguggiate (VA)

Tel. (+39) 0332 45 54 63

Fax (+39) 0332 45 97 48

www.pavis.it - info@pavis.it

pavispec@certimpres.it

R.N. / F.C. / VAT 01286640121

Management system standards certified according to ISO 9001, ISO 13485

 PAVIS S.p.A. - Déclare que les produits :

#603 - SUSPENSOIR

#657 - SLIP SPORT

basic UDI-DI 80287180000050MN

sont conformes au règlement (UE) 2017/745 concernant les DISPOSITIFS MÉDICAUX de classe 1



1 - MODE D'EMPLOI

- Comme soutien et protection pendant la pratique du sport

2 - CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES


- L'indication à l'usage du personnel médical spécialisé est requise
- Ne pas porter le slip en présence de hernies étranglées et/ou emprisonnées ou dans tous les cas avec un degré avancé d'inflammation ou irréductibles
- Veiller à exclure les organes génitaux de la zone de contenance. Comme il s'agit d'un produit NON INVASIF, composé principalement de matériaux non allergiques, aucun effet secondaire de quelque nature que ce soit n'a jamais été rapporté.

3 - MAINTENANCE ET STOCKAGE




Ce dispositif n'est pas biodégradable et même s'il se compose de matériau d'origine naturelle, NE PAS DISPERSER DANS L'ENVIRONNEMENT A LA FIN DE SON CYCLE DE VIE. ÉLIMINER AVEC LES DÉCHETS SOLIDES MUNICIPAUX NORMAUX.






#603



#657



#603



#657



#603



#657



#603



#657

